

Số: 01 /BVĐKKVMV-KD

Mèo Vạc, ngày 10 tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lập kế hoạch mua sắm gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước RO phục vụ cho máy chạy thận nhân tạo, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc.

Địa chỉ: Tổ 5 xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Viên Thế Du – Khoa Dược – VT – TrTBYT. Số điện thoại: 0387.955.168. Email: khoaduocbvmv@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc, tổ 5 xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 17/7/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung công việc

TT	Danh mục công việc	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng
01	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước RO phục vụ cho máy chạy thận nhân tạo	<p>1. Kiểm tra, đo đặc toàn bộ nguồn điện áp vào/ra của các phần tử điện, cơ khí, thủy lực như bơm, van, Attomate, Autovalve, khởi động từ, van phao báo đầy, báo cạn đảm bảo hoạt động tốt.</p> <p>- Kiểm tra toàn bộ đường ống, đèn UV, tình trạng phin lọc các loại</p> <p>- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống</p> <p>- Thực hiện hoặc kiểm tra việc súc rửa, tái sinh tự động cột lọc đa cấp, than và hạt làm mềm, đánh giá tình trạng của cột lọc qua hệ thống đồng hồ kiểm soát áp lực và que test hóa chất tồn dư.</p> <p>2. Thực hiện tẩy rửa khử trùng toàn bộ hệ thống đường ống RO cấp cho máy TNT, rửa quả lọc và tank chứa RO bằng Dung dịch Peracetic acid 4.5% - 5% hoặc Giavel 7% - 10%</p> <p>- Định kỳ thực hiện: 03 tháng/lần</p>	Lần	04

TT	Danh mục công việc	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng
02	Lỗi lọc 5.20" IM05B2 Model:IM05B2	Kiểm tra, thay thế 05 lõi lọc 5 Micron 20" trước cụm màng RO Model:IM05B2 - Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 20 inch - Cấp độ lọc: 5 µm - Đường kính trong: 28/30 mm - Đường kính ngoài: 60/63 mm - Hiệu: Epore - Xuất xứ: Hàn Quốc - Định kỳ thực hiện: 03 tháng/lần	Cải	04
03	Lỗi lọc xác khuẩn 0.2 10" IPC02A1E Model: IPC02A1E	Kiểm tra thay thế 02 Lỗi lọc 0.2 Micron 10" chắn xác vi khuẩn sau đèn UV Model: IPC02A1E -Vật liệu: Polypropylen - Độ dài: 10 inch - Cấp độ lọc: 0.2 µm - Đường kính trong: 28/30 mm	Cải	04
04	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Bao gồm: 22 chỉ tiêu hóa lý (Tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E)/ANSI/AAMI 13959:2014 đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan) - Định kỳ thực hiện: 06 tháng/lần	Mẫu	02
05	Kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước đầu ra	Bao gồm: 01 chỉ tiêu Endotoxin , 1 chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật (Tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E)/ANSI/AAMI 13959:2014 đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan) - Định kỳ thực hiện: 03 tháng/lần	Mẫu	04

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc. Địa chỉ: Tổ 5 xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

3. Yêu cầu về hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá (Theo mẫu tại phụ lục kèm theo)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Ban giám đốc;
- Đăng website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD.



Nông Quang Tân

Công ty:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Email:
Mã số thuế:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc, chúng tôi(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên doanh) báo giá cho các hàng hàng hóa/dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa/dịch vụ như sau:

TT	Danh mục hàng hóa / dịch vụ	Số lượng / khối lượng	Nội dung công việc	Đơn giá (VNĐ) đã bao gồm VAT	Thành tiền (VNĐ)
1					
2					

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục báo giá

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)